Quels appareils sont livrés munis de joints au niveau du raccord process ?

Par défaut, les pressostats et interrupteurs thermostatiques électroniques ainsi que les transmetteurs de pression et de température sont livrés munis de joints au niveau du raccord process (à condition que cela soit prévu sur le raccord process).